

漳州片仔癀药业股份有限公司检测中心微生物室洁净区环境检测委外服务询价公告

项目概况：

为了对检测中心微生物室洁净区进行全面的环境检测，经审批决定，本着公开、公平、公正的原则对具有相关资质的第三方环境监测机构进行公开询价采购，兹欢迎符合条件的相关单位参加本项目的报价。

一、 采购内容：

序号	检测区域	数量	面积(平方米)	备注（所需检测项目）
1	一更（微生物限度检查室）	1	1.5	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
2	二更（微生物限度检查室）	1	2.5	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
3	缓冲间（微生物限度检查室）	1	2	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
4	检验间 1（微生物限度检查室）	1	12	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬

				浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
5	检验间 2（微生物限度检查室）	1	3	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
6	一更（阳性菌对照室）	1	1.3	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
7	二更（阳性菌对照室）	1	3.2	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
8	缓冲间（阳性菌对照室）	1	1.7	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
9	检验间 1（阳性菌对照室）	1	9.5	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触碟）、自净时间
10	检验间 2（阳性菌对照室）	1	2.6	过滤器完整性、气流组织、空气流速、换气次数、压差、温度、相对湿度、照度、噪声、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物（接触

				碟)
11	洁净工作台	3	/	悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物(接触碟、五指手套、洁净服左右袖)、过滤器完整性
12	生物安全柜	1	/	悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物(接触碟、五指手套、洁净服左右袖)、过滤器完整性
13		合计	39.3	

***完整检测项目请参照附件《需检测项目》**

二、参选单位资格要求：

(一) 本比选项目要求参选人具有有效的营业执照，具有相应的环境及仪器的检测资质（能够出具有 CNAS 标识的检测报告，若检测项目无法完全覆盖，可将未能覆盖的项目委外给有资质的第三方完成），并具有独立法人资格。

(二) 参选单位未被列入失信被执行人，需提供《中国执行信息公开网》查询结果。

三、响应性文件获取方式：

凡有意报名参与本项目的供应商，请于报名时间内致电漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心（设备组）获取询价文件。

四、发布公告的媒介：

本公告在福建省国资采购平台(<http://ygcg.fjcqjy.com/>)、漳州片仔癀药业股份有限公司官网(<https://www.zzpzh.com/>) 发布。

五、报名时间、报价截止时间及递交方式：

(一) 报名时间：2025 年 9 月 24 日——2025 年 9 月 26 日，

上午 9:00-12:00，下午 15:00-17:30。

(二) 递交截止时间：2025 年 9 月 30 日 17 时。

(三) 递交邮箱：shebei@zzpzh.com。

六、联系方式：

联系人：许工，电 话： 18650670499

需检测项目

检测区域	房间名称 (必填)	房间编号	洁净级别 (必填)	房间面积 (m ²) (必填)	房间体积 (m ³)	正负压 (相对值)	高效尺寸 (mm)	高效口数	悬浮粒子	静压差	换气次数/风量	温度	相对湿度	噪声	照度	沉降菌	浮游菌	高效检漏	紫外灯 辐射强度	气流 流型	自净 时间	其它需求
微生物限度检查室	一更		C级	1.5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
微生物限度检查室	二更		C级	2.5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
微生物限度检查室	缓冲间		C级	2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
微生物限度检查室	检验间1		C级	12		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
微生物限度检查室	检验间2		C级	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
阳性菌对照室	一更		C级	1.3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
阳性菌对照室	二更		C级	3.2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
阳性菌对照室	缓冲间		C级	1.7		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
阳性菌对照室	检验间1		C级	9.5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
阳性菌对照室	检验间2		C级	2.6		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	1. 过滤器完整性 2. 空气流速 3. 表面微生物 (接触碟法)
/	生物安全柜		B级	1台					√					√	√	√	√	√			√	1. 过滤器完整性 2. 表面微生物 (接触碟, 五指手套, 洁净服左右袖)
/	超净工作台		B级	3台					√					√	√	√	√	√			√	1. 过滤器完整性 2. 表面微生物 (接触碟, 五指手套, 洁净服左右袖)



